



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

PROCEDURĂ DE OPERARE
(FIȘĂ PROCES)

Investigația prin ecografie

Laboratorul de radiologie și imagistică medicală

Cod: FP-OP-01ECO

Ed.: 0

Rev.: 0

Pag.: 1/3

Aplicabilitate: în Cabinetul de ecografie,

Documente de referință: manualul de utilizare al echipamentului de ecografie, documentele Sistemului de Management al Calității, studii de specialitate

Coordonator proces: medic imagist atestat în ecografie, senologie,

Monitorizare și verificare proces: Șef Laborator de radiologie și imagistică medicală

Nr crt	Etape proces	Ațiuni	Referințiale/ Document	Executant
I	Pregătire cabinet pentru consultație	<ol style="list-style-type: none">1. Se pun câmpuri sterile ;2. Se verifică dacă în sala de procedură există materialele necesare investigației, se completează, dacă este cazul ;3. Se verifica dacă în cabinet este temperatura optima efectuării investigației ;4. Se pregătește un halat de unică folosință ce urmează a fi înmânat pacientului pe perioada investigației ;5. Se dezinfectează masa de consultație cu soluție dezinfectantă, după care se învelește cu un prosop de hârtie/câmp special pentru aceasta ;6. Se verifică necesarul de materiale consumabile (gel pentru ecograf, prosoape de hârtie pentru ștergerea pacientului, soluții dezinfectante pentru personalul medical, mănuși sterile, etc.) ;	<p>Cunoștințe de specialitate Reglementări ale Ministerului sănătății Ordinul Nr.1226 din 03.12.2012 pentru aprobarea <i>Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale</i> Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea <i>Normelor tehnice privind curățarea, dezinfectia și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfectia mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare</i></p>	Asistent medical



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

PROCEDURĂ DE OPERARE
(FIȘĂ PROCES)

Investigația prin ecografie

Laboratorul de radiologie și imagistică medicală

Cod: FP-OP-01ECO

Ed.: 0

Rev.: 0

Pag.: 2/3

Aplicabilitate: în Cabinetul de ecografie,

Documente de referință: manualul de utilizare al echipamentului de ecografie, documentele Sistemului de Management al Calității, studii de specialitate

Coordonator proces: medic imagist atestat în ecografie, senologie,

Monitorizare și verificare proces: Șef Laborator de radiologie și imagistică medicală

Nr crt	Etape proces	Acțiuni	Referințiale/ Document	Executant
II	Verificare funcționalitate ecograf	<ol style="list-style-type: none">1. La deschiderea aparatului se verifica daca nu apar semnale de eroare in funcționare;2. Se verifica daca sondele ecografului sunt funcționale;3. Se verifica daca exista suficienta hârtie in ecograf;	Conform manual de utilizare	Medic - studii complementare în ecografie
III	Identificarea și Înregistrarea pacientului	<ol style="list-style-type: none">1. Se identifică pacientul2. Se consultă documentul de trimitere (bilet de trimitere, foaia de observații)3. Se înregistrează datele și informațiile	Registrul de consultații,	Asistent
IV	Efectuarea investigației	<ol style="list-style-type: none">1. Se informează pacientul asupra manevrei ce urmează a fi efectuată2. Se așează pacientul decubit dorsal pentru a se putea efectua investigația;3. Se eliberează zona ce urmează a fi investigata, se acoperă cu gel și cu ajutorul sondei corespunzătoare tipului de investigație dorită se vizualizează zona de interes.4. Se interpretează imaginea (sonograma)	Studii de specialitate, Norme Ministerului Sănătății (igienă, etc)	Medic - studii complementare în ecografie



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

PROCEDURĂ DE OPERARE
(FIȘĂ PROCES)

Investigația prin ecografie

Laboratorul de radiologie și imagistică medicală

Cod: FP-OP-01ECO

Ed.: 0

Rev.: 0

Pag.: 3/3

Aplicabilitate: în Cabinetul de ecografie ,

Documente de referință: manualul de utilizare al echipamentului de ecografie, documentele Sistemului de Management al Calității, studii de specialitate

Coordonator proces: medic imagist atestat în ecografie, senologie,

Monitorizare și verificare proces: Șef Laborator de radiologie și imagistică medicală

Nr crt	Etape proces	Acțiuni	Referințiale/ Document	Executant
--------	--------------	---------	------------------------	-----------

V.	Eliberarea rezultatelor	1. Se completează rezultatul consultațiilor și prescripțiile medicale	Raport de investigație prin ecografie	Medic - atestat în ecografie
		2. Se semnează raportul		Asistent medical/ recepționar TRIAJ
		3. Se transmite pacientului		
VI	Pregătirea cabinetului pentru consultația următoare	1. Se strânge materialul nesteril (câmpuri, mănuși, etc) 2. Se elimină deșeurile (contaminate sau necontaminate) în recipientele corespunzătoare respectându-se normele impuse de către Ministerul Sănătății; 3. Se îndepărtează prosopul de hârtie/câmpul folosit de către pacientul anterior și se dezinfectează masa de consultație cu soluție de dezinfectare; 4. Se curăță sondele utilizate; 5. Se dotează cabinetul cu material steril nou în cazul în care cel deja existent în cabinet a fost desigilat	Reglementări ale Ministerului Sănătății (a se vedea pct I)	Asistent medical

Șef

Laborator radiologie și imagistică medicală,

Dr. Cătălina-Ionela Cioplăn